



臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院

眼科底照相機 規格表

填報廠商：

填報日：

廠牌	型 號	產 地	衛福部醫療器材許可證
設備主體	規格內容		
1.基本功能規格	1.儀器大小需小於 60cm(W) 60 cm (D) 65cm(H) ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	2.儀器操作端電腦一台 (1).容量需 1TB 以上 (2).備份硬碟一顆 (3).Windows 11 專業版或企業版 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	3.掃描原理方式：雷射掃描 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	4.原廠機器操作平板電腦一台 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	5.Fundus Color 彩色眼底圖像 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	6.FA 螢光素血管造影 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	7.ICG 靛菁綠血管造影 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	8.Blue-FAF 眼底自發螢光成像 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	9.Green-FAF 眼底自發螢光成像 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	10.Lasers/LED 雷射 ☐ Blue/Green/Red/IR ☐ Blue/Green/Red ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	11."Maximum Definition (Pixel) 最大解析度" ☐ 4096x4096 ☐ 3900x3072 ☐ YES ☐ NO (說明)：		
	12."UWF Angle of View Central Angle 廣域拍攝角度"		

	☐ 163° ☐ 200° ☐ YES ☐ NO (說明) :
	13.雷射光波長 (1).紅光雷射 ☐ 670mm ☐ 635mm (2).綠光雷射 ☐ 532mm (3).藍光雷射 ☐ 488mm (4).紅外光雷射 ☐ 790mm ☐ 802mm ☐ YES ☐ NO (說明) :
	14.最小瞳孔直徑 3.3mm ☐ YES ☐ NO (說明) :
3. 個資保護、智慧財產、資通安全需求等詳合約	
4.Network and Image format/網路及影像傳存	1.影像儲存標準：DICOM 協定 DICOM 3.0 Compatible, Including (1)Service Class User(SCU) ,Service Class Provide (SCP) (2)DICOM Storage (Send/Receive) (3)DICOM Query/Retrieve (4)DICOM Basic print (5)DICOM Get Worklist (HIS/RIS) (6)DICOM MPPS (7)DICOM Storage Commitment (8)DICOM Viewer on CD/DVD 須提供 DICOM Conformance Staement 手冊 以上須完全符合方可勾選 YES ; 否則請勾選 NO 並說明。 ☐ YES ☐ NO (說明) :
	2.支援 DICOM Structure Reporting、並可連接本院 PACS ☐ YES ☐ NO (說明) :
	3.儀器設備需與醫院 PACS 系統連接，並且可正常運作 ☐ YES ☐ NO (說明) :
5.配件	1.眼底照相機 專用電動升降桌一台 2.電腦專用桌一張 2.電腦螢幕一台 24 吋 3.儀器專用防塵套一組 4.Report Engine(影像上傳(PACS)介接軟體一組)
6.其他需求	1.裝機前需對場地空間進行儀器設置規劃，並依實際需求提供相關週邊設置及安裝 ☐ YES ☐ NO (說明) :
7.電性安全	1.符合 IEC 60601-1 等驗證 ☐ YES ☐ NO (說明) :

	2. 每台儀器電源需求 ☐ AC <u>110</u> V, <u> </u> A 內，電源頻率 60Hz 3. 通過 FDA、CE 認證 ☐ YES ☐ NO (說明) :																						
8. 其他	1. 儀器容許工作環境：溫度 16°~28°C、相對濕度 50%~85 %。 ☐ YES ☐ NO (說明) :																						
	2. 交貨時標的物須近半年內出廠 ☐ YES ☐ NO (說明) :																						
	3. 交貨時需提供原廠出具之文件及其電子檔： (1) 中(繁體)、英文操作手冊 (2) 中(繁體)、英文維修手冊(電子檔含含工作原理流程圖(方塊圖)、電路圖、零件位置圖、維護保養項目細則、校正方式、故障碼釋義、故障排除法、零件和部件列表(含代碼或料號) (3) 簡易中文(繁體)操作程序卡 (包括:操作程序、故障排除、一級清潔維護程序及注意事項。書面需護貝。) (4) 定期保養檢查表 PM CHECK LIST (5) 出廠證明 (6) 儀器電性安全測試報告 ☐ YES ☐ NO (說明)																						
	4. 保固、定保及叫修服務：以下所稱「日、時」，皆以 ☐ 日曆時間 ☒ 工作時間 為計。 <table border="1" data-bbox="341 1137 1501 1666"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th><th>說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">全案全責保固期至少 <u>3</u> 年</td><td>驗收通過後 <u> </u> 年。</td></tr> <tr> <td colspan="2">定期保養(依原廠定保標準)</td><td>每 <u>3</u> 個月執行維護保養(詳附件 1)。</td></tr> <tr> <td colspan="2">軟韌體(含作業環境軟體)不限版本免費升級</td><td>☐ YES ☐ NO,說明：_____</td></tr> <tr> <td rowspan="2">完修時效</td><td>一般：<u>16</u> 小時內完修</td><td>☐ YES ☐ NO,說明：_____</td></tr> <tr> <td>待料：<u>40</u> 小時內完修</td><td>☐ YES ☐ NO,說明：_____</td></tr> <tr> <td colspan="2">提供備機後，延長 <u>10</u> 工作天完修</td><td>☐ YES ☐ NO,說明：_____</td></tr> <tr> <td colspan="3">上述各項時效均以『自接獲院方叫修通知起』計。</td></tr> </tbody> </table>	項目		說明	全案全責保固期至少 <u>3</u> 年		驗收通過後 <u> </u> 年。	定期保養(依原廠定保標準)		每 <u>3</u> 個月執行維護保養(詳附件 1)。	軟韌體(含作業環境軟體)不限版本免費升級		☐ YES ☐ NO,說明：_____	完修時效	一般： <u>16</u> 小時內完修	☐ YES ☐ NO,說明：_____	待料： <u>40</u> 小時內完修	☐ YES ☐ NO,說明：_____	提供備機後，延長 <u>10</u> 工作天完修		☐ YES ☐ NO,說明：_____	上述各項時效均以『自接獲院方叫修通知起』計。	
項目		說明																					
全案全責保固期至少 <u>3</u> 年		驗收通過後 <u> </u> 年。																					
定期保養(依原廠定保標準)		每 <u>3</u> 個月執行維護保養(詳附件 1)。																					
軟韌體(含作業環境軟體)不限版本免費升級		☐ YES ☐ NO,說明：_____																					
完修時效	一般： <u>16</u> 小時內完修	☐ YES ☐ NO,說明：_____																					
	待料： <u>40</u> 小時內完修	☐ YES ☐ NO,說明：_____																					
提供備機後，延長 <u>10</u> 工作天完修		☐ YES ☐ NO,說明：_____																					
上述各項時效均以『自接獲院方叫修通知起』計。																							
5. 保固期滿後至儀器報廢止，未簽訂同保固期服務條件之叫修費用 <table border="1" data-bbox="328 1733 1299 2096"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>維修工資</td><td>☐ _____元/次 ☐ 免費(只收零件費)</td></tr> <tr> <td>完修時效(含寄回醫院時間)</td><td> 1. 乙方於到院後，<u>24</u> 工作小時內完修內完修 2. 國內維修:收到寄修品後，<u>5</u> 工作天內完修 3. 國外維修: 收到寄修品後，<u>20</u> 工作天內完修 4. 寄送費用由寄送方負擔。 </td></tr> </tbody> </table> ☐ YES ☐ NO (說明)	項目	說明	維修工資	☐ _____元/次 ☐ 免費(只收零件費)	完修時效(含寄回醫院時間)	1. 乙方於到院後， <u>24</u> 工作小時內完修內完修 2. 國內維修:收到寄修品後， <u>5</u> 工作天內完修 3. 國外維修: 收到寄修品後， <u>20</u> 工作天內完修 4. 寄送費用由寄送方負擔。																	
項目	說明																						
維修工資	☐ _____元/次 ☐ 免費(只收零件費)																						
完修時效(含寄回醫院時間)	1. 乙方於到院後， <u>24</u> 工作小時內完修內完修 2. 國內維修:收到寄修品後， <u>5</u> 工作天內完修 3. 國外維修: 收到寄修品後， <u>20</u> 工作天內完修 4. 寄送費用由寄送方負擔。																						

6.標的物之配件及軟體、零件、耗材，至標的物報廢止，供應條件(未列者表皆免費供應至標的物報廢)。							
品項		供應價(詳附件報價表)		保固期(年)		供應年限(年)(標的物停產通知送醫院方起計)	
零件		(詳附件2)					
耗材		(詳附件3)					
配件		(詳附件4)					
軟體		(詳附件5)					
7.教育訓練(詳附件6 課程表：含課程名稱及其時數，所有費用內含於標的物價格)：							
項目\對象		使用者			醫學工程師		
		執行地點	名額(人)	課程時數	執行地點	名額(人)	課程時數
國外	原廠						
	其他						
國內	本院	☒	不限人數	2	☒	不限人數	2
	代理商						
	原廠						
	其他						
課程內容說明		1. 標的物使用原理方法及附加功能詳細介紹及實際操作 2. 一級保養課程介紹 3. 耗材使用及注意事項 4. 故障排除介紹			1. 標的物使用原理方法、實際操作、故障排除 2. 二級保養課程 3. 校驗介紹 4. 維修經驗分享		
8.其他補充事項:							

說明：

1. 本表所有價格皆含稅及履行交易所需費用。
2. 符合需求請在『YES』欄打【√】；無法符合需求請在『NO』欄打【√】並填寫替代方式或說明;如書面空位不敷書寫，請以附件補充並依序排放。填報有任何問題，請聯絡報價須知所載相關業務聯繫窗口。
3. 若有不清楚規格內容，請聯繫醫工室陳建均先生 電話:03-8241086 或 03-8241087。

(請於每頁空白處用公司及負責人報價章)